

分類	成分	製品名	消毒対象物											
			手指・皮膚	手術部位		創傷部位		感染皮膚面	腔	結膜囊	医療器具		環境	排泄物
				皮膚	粘膜	皮膚	粘膜				金属	非金属		
低水準	クロルヘキシジングルコン酸塩	ラポテック消毒液5%	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	○	×
	ベンザルコニウム塩化物	ベンザルコニウム塩化物消毒液10%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	キンサールG-10液	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	×
	アクリノール水和物	—	○ ¹⁾	×	×	○ ¹⁾	○ ¹⁾	○ ¹⁾	×	×	×	×	×	×
中水準	エタノール	消毒用エタノール	○	○	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
	イソプロパノール	50%消毒用イソプロパノール	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
		70%消毒用イソプロパノール	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
	エタノール・イソプロパノール配合剤	エタプロコールG	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		消毒用エタプロコール	○	○	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
	第4級アンモニウム塩系配合剤	ハンドコール	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	ビグアナイド系配合剤	0.5%ラポテックアルコール液	×	○	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
	メタノール変性アルコール・イソプロパノール配合剤	ネオ消アル	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
	ポピドンヨード	ポピラール消毒液10%	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
	ヨードチンキ	ヨードチンキ	○	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
		希ヨードチンキ	○	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
	過酸化水素	オキシドール	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×
	フェノール	—	△	×	×	×	×	×	×	×	△	△	△	○
クレゾール	—	△	△	×	×	×	×	△	×	△	△	△	○	
ホルマリン	—	×	×	×	×	×	×	×	×	△	△	△	×	
高水準	グルタラール	ハイドリット20W/V%液	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
	フタラール	—	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	
	過酢酸	—	×	×	×	×	×	×	×	○ ²⁾	○ ³⁾	×	×	

○：使用可 △：注意して使用 ×：使用不可

- 1) 化膿局所のみ
- 2) 腐蝕のため、鉄、銅、真ちゅう、亜鉛鋼板、炭素鋼の材質には使用できない。
- 3) ゴム、樹脂製品などを変質・変色することがある。

注1：消毒剤適応一覧は、効能・効果、消毒効果に関する報告など総合的に判断し、作成しております。

注2：効能・効果、用法・容量などの詳細につきましては、各製品の添付文書をご参照ください。

分類	成分	製品名	消毒対象微生物										
			一般細菌	M R S A	緑 膿 菌	梅 毒 ト レ ポ ネ ー マ	結 核 菌	真 菌	芽 胞 菌	脂 質 を 含 む 中 間 サ イ ズ 1)	脂 質 を 含 ま な い 小 型 サ イ ズ 2)	H I V	H B V
低 水 準	クロルヘキシジングルコン酸塩	ラポテック消毒液5%	○	△	△	○	×	△	×	△	×	×	×
	ベンザルコニウム塩化物	ベンザルコニウム塩化物消毒液10%	○	△	△	○	×	△	×	△	×	×	×
	塩酸アルキルジアミノエチルグリシン	キンサールG-10液	○	△	△	○	△	△	×	△	×	×	×
	アクリノール水和物	—	○	△	△	—	×	×	×	×	×	×	×
中 水 準	エタノール	消毒用エタノール	○	○	○	○	○	○	×	○	△	○	○
	イソプロパノール	50%消毒用イソプロパノール	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○
		70%消毒用イソプロパノール	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○
	エタノール・イソプロパノール配合剤	エタプロコールG	○	○	○	○	○	○	×	○	△	○	×
		消毒用エタプロコール	○	○	○	○	○	○	×	○	△	○	×
	第4級アンモニウム塩系配合剤	ハンドコール	○	○	○	○	○	○	×	○	△	○	○
	ビグアナイド系配合剤	0.5%ラポテックアルコール液	○	○	○	○	○	○	×	○	△	○	×
	メタノール変性アルコール・イソプロパノール配合剤	ネオ消アル	○	○	○	○	○	○	×	○	△	○	×
	ポピドンヨード	ポピラール消毒液10%	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	×
	ヨードチンキ	ヨードチンキ	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	×
		希ヨードチンキ	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	×
	過酸化水素	オキシドール	○	△	△	—	×	○	△	×	×	×	×
	フェノール	—	○	○	○	○	○	△	×	△	×	×	×
クレゾール	—	○	○	○	○	○	△	×	△	×	×	×	
ホルマリン	—	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	
高 水 準	グルタラール	ハイドリット20W/V%液	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フタラール	—	○	○	○	○	○	○	○ ³⁾	○	○	○	○
	過酢酸	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○：有効 △：十分な効果が得られないことがある ×：無効
—：報告なし

- 1) 脂質を含む中間サイズ：インフルエンザウイルス、ヘルペスウイルス など
- 2) 脂質を含まない小型サイズ：ロタウイルス、アデノウイルス など
- 3) 芽胞に対する効果は弱い。

注1：消毒剤適応一覧は、効能・効果、消毒効果に関する報告など総合的に判断し、作成しております。

注2：効能・効果、用法・容量などの詳細につきましては、各製品の添付文書をご参照ください。